

Gdańsk, dnia 26.09.2022 r.

Wyjaśnienia dotyczące treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert

DOTYCZY: Konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej analitycznej, mikrobiologicznej, serologii krwi i banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń.

Pytanie 1. SWKO rozdział II pkt. 10 o) – Prosimy o rezygnację z tego zapisu w związku z zakończeniem funkcjonowania jako osobnego programu Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

Udzielający Zamówienia informuje, iż od 2021 roku wybrane zadania Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków realizowane są w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, zatem w tym zakresie należy rozumieć współpracę z lekarzem posiadającym kwalifikacje lekarza mikrobiologa.

2. SWKO rozdział II pkt. 18 - Prosimy o podanie ilości materiałów zużywalnych w postaci:

- a. próbówki 101x16,5 mm z wymazem, - prosimy dodatkowo o wskazanie o jakie próbówki chodzi Zamawiającemu
100x10 mm + wymazówka około 1500 – 2000 sztuk
- b. próbówki Eppendorfa 1,5 ml,
brak danych
- c. próbówki do mikrometody badań krwi dla noworodków
około 1000 sztuk
- d. portagerm flacon agar – Port F –
brak danych
- e. podłoże transportowo – wzrostowe do posiewu moczu
około 1000 sztuk
- f. podłoże transportowo – wzrostowe do posiewu materiałów w kierunku drożdżaków i dermatofytów
brak danych

3. SWKO rozdział II pkt. 21 - Prosimy o podanie ilości materiałów zużywalnych w postaci:

- a. strzykawkoprobówek niezbędnej do realizacji zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o system firmy Sarstedt
Udzielający zamówienia dopuszcza używanie strzykawkoprobówek firmy Sarstedt - około 1500 – 2000 sztuk
- b. niezbędnych igieł typu „motylek”
około 1500 sztuk

4. SWKO rozdział II pkt. 23 – Personel –

a. Czy Udzielający zamówienia zamierza przekazać pracowników obecnie wykonujących badania dla Szpitala nowemu podmiotowi w trybie 23' Prawa Pracy, który wygra przedmiotowy konkurs ofert?

Pracownicy Udzielającego Zamówienia nie wykonują obecnie badań dla Szpitala. Udzielający Zamówienia nie przewiduje przekazania pracowników nowemu podmiotowi do realizacji zamówienia.

b. Prosimy o podanie obecnej liczby pracowników przeznaczonych do realizacji Zamówienia oraz szacunkowej, średniomiesięcznej kwoty ich wynagrodzeń brutto wraz z kosztami pracodawcy.

Pracownicy Udzielającego Zamówienia nie wykonują obecnie badań dla Szpitala. Udzielający Zamówienia nie przewiduje przekazania pracowników nowemu podmiotowi do realizacji zamówienia.

5. Załącznik nr 1 do SWKO – prosimy o potwierdzenie rzeczywistej ilości badań wskazanych w tabeli:

LP.	Nazwa	SZACUNKOWA ILOŚĆ/12 MCY
356	Pneumopanel bakteryjny (Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila/longbeachae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae DNA)	700
357	Pneumopanel wirusowy + M.pneumoniae (Enterovirus, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus: 229E, HKU1, NL63, OC43; Metapneumovirus A/B, Parainfluenza 1-4, Parechovirus, RSV A/B, Rhinovirus, Influenza A, Influenza A(H1N1), Influenza B; Mycoplasma pneumoniae DNA/RNA)	700
358	Pneumopanel bakteryjny i wirusowy + Pneumocystis jirovecii (Enterovirus, Adenovirus, Bocavirus, Coronavirus 229E, HKU1, NL63, OC43; Metapneumovirus A/B, Parainfluenza 1-4, Parechovirus, RSV A/B, Rhinovirus, Influenza A, Influenza A(H1N1), Influenza B; Chlamydia pneumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus influenzae B, Legionella pneumophila/longbeachae, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bordetella, Klebsiella pneumoniae,	1000

	Salmonella; Pneumocystis jirovecii DNA/RNA)	
--	---	--

Udzielający Zamówienia potwierdza szacunkowe ilości badań wskazanych w w/w tabeli - Załącznik nr 1 do SWKO.

6. SWKO rozdział IV pkt. 1.4) c) – Czy intencją Zamawiającego jest wskazanie innego, własnego laboratorium Przyjmującego Zamówienie, jako laboratorium awaryjnego, całodobowego – mogącego wykonać świadczenia łącznie z mikrobiologią, niż główne, wykonujące Zamówienie (również w zakresie mikrobiologii)? **TAK**

Jeśli tak, czy Zamawiający dopuszcza, aby laboratorium do sytuacji awaryjnych było zlokalizowane w ML Diagnostyka S.A. w szpitalu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha, aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, czyli szpitalu o najwyższej referencyjności, gdzie laboratorium jest przygotowywane do akredytacji zgodnie ze zobowiązaniami wobec COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.?

Udzielający Zamówienia dopuszcza, aby laboratorium do sytuacji awaryjnych było zlokalizowane w szpitalu COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.: Szpital św. Wojciecha, aleja Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk.

7. SWKO rozdział V pkt. 12) c) – Prosimy o informację w jakim trybie materiał jest dostarczany do laboratorium z poradni specjalistycznych wchodzących w skład Szpitala Dziecięcego Polanki – jak często, przez kogo.

Udzielający Zamówienia wyjaśnia, iż materiał z poradni specjalistycznych jest bezpośrednio po pobraniu przekazywany przez personel medyczny Szpitala Dziecięcego Polanki do laboratorium tj. w dni powszednie w godzinach 7-19.

8. SWKO rozdział VI pkt. 2. Ocena merytoryczna - Prosimy o wyjaśnienie w zakresie kryterium dotyczącego dokumentów z oceną jakościową wyników badań, o jakich certyfikatach/zaświadczeniach jest mowa? Czy chodzi o referencje, o których mowa w SWKO rozdział IV pkt. 1.4) a), i/lub w rozdziale V pkt. 8)?

Udzielający Zamówienia wyjaśnia, iż w zakresie kryterium dotyczącego dokumentów z oceną jakościową wyników badań oceniane będą dokumenty inne niż wskazane na spełnienie warunku w zakresie posiadania certyfikatu (Rozdział IV, pkt 6) wystawione na laboratorium prowadzone przez Przyjmującego Zamówienie – nie więcej niż 2 certyfikaty/zaświadczenia z oceną jakościową wyników badań. Przyjmujący Zamówienie przedstawi certyfikaty/zaświadczenia o udziale w kontrolach zewnętrznych z wynikami ocen jakościowych badań z ostatnich dwóch lat.

9. SWKO rozdział II pkt. 16 Prosimy o:

a. Podanie dostawcy oprogramowania oraz nazwy systemu HIS,

Nazwa systemu HIS: OpenCare

Dostawca systemu HIS: ANTREZ Grzegorz Brzeziński, serwis@antrez.pl

b. Informację kto pokrywa koszty integracji.

Laboratorium

c. Czy zleceniodawca posiada łącze internetowe ze stałym publicznym adresem,

Tak

d. Czy zleceniodawca posiada możliwość zestawienia połączenia VPN IPSec,

Tak

e. Jaki jest zakres integracji: badania analityczne, mikrobiologiczne, serologiczne?

Komplet badań

10. SWKO rozdział II pkt. 29 - Lokal – prosimy o podanie średniomiesięcznej kwoty opłat eksploatacyjnych, ponoszonych w związku z dzierżawą lokalu.

Udzielający Zamówienia informuje, że średniomiesięczna szacunkowa kwota za opłaty eksploatacyjne, ponoszone w związku z dzierżawą lokalu to 2 500 zł brutto (słownie dwa tysiące pięćset złotych brutto).

11. Rozdział IV pkt. 1.5) a) , Czy Zamawiający podtrzymuje wymóg Zatrudnienia mikrobiologa z II lub I stopniem specjalizacji w Laboratorium na ul. Polanki 119, pomimo, że lokal przeznaczony do realizacji zamówienia nie wypełnia wymogów jakim musi podlegać laboratorium mikrobiologiczne, w związku z czym świadczenia mikrobiologiczne muszą być wykonywane w innej lokalizacji Przyjmującego Zamówienie, w związku z czym wymóg zawarty w wyżej wskazanym punkcie nie ma uzasadnienia merytorycznego.

Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Rozdziału IV pkt. 1.5) a) Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

12. Rozdział IV punkt 1.5) b) – czy Zamawiający – w związku z punktem powyżej, nie wymaga, aby Kierownik Mikrobiologii wykonującej badania dla Zamawiającego posiadał – zgodnie z obecnymi wymaganiami prawnymi, II stopień specjalizacji z mikrobiologii?

Udzielający Zamówienia podtrzymuje zapisy Rozdziału IV punkt 1.5) b) Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert. Kierownik Laboratorium Mikrobiologii powinien spełniać wymagania §6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (DZ.U. 2004.43.408).

Z poważaniem

Z-ca przewodniczącej komisji konkursowej

Dorota Poczwardowska