

Specyfikacja wymaganych parametrów techniczno-użytkowych

Lp.	Wymagany parametr (wymogi minimalne)
I	Przyjmujący zamówienie zapewnia kanał transmisji danych obrazowych (łącze internetowe na czas trwania umowy + odpowiednie połączenie VPN) o parametrach:
1.	Przyjmujący zamówienie zapewnia integrację rozumianą tutaj jako bezpośrednie przesyłanie danych obrazowych z poziomu aplikacji Udzielającego zamówienia do systemu OpenCare i CliniNet
2.	Odbiór zdjęcia w standardzie/protokole DICOM.
3.	Przesyłanie wyników w standardzie HL7-ASTM wraz z załączeniem pliku PDF podpisanym certyfikatem ZUS lub kwalifikowanym.
4.	Przesyłanie wyników w standardzie HL7-ASTM wraz z załączaniem pliku XML (HL7-CDA) podpisanym certyfikatem ZUS lub kwalifikowanym.
5.	Udzielający zamówienia nie dopuszcza do instalacji po swojej stronie dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania pośredniego służącego do przekazywania danych obrazowych.
6.	W przypadku konieczności instalacji dodatkowych urządzeń po stronie Udzielającego zamówienie Wykonawca musi je dostarczyć i za instalować we własnym zakresie.
7.	Możliwość przechowania minimum 80 badań w buforze.
8.	Bezpośredni dostęp do opisów badań on-line za pośrednictwem bezpiecznych, chronionych hasłami łączy internetowych oraz autoryzowanie opisów zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi dokumentacji medycznej, w tym w formie elektronicznej.
9.	Przyjmujący zamówienie zapewni dystrybucję opisów badań na stacjach roboczych z możliwością dostępu poprzez stronę WWW.
II	Wsparcie techniczne.
1.	Przyjmujący zamówienie musi zapewnić dostęp do całodobowej (24/7/365) obsługi informatycznej i technicznej w zakresie teleradiologii wraz z podaniem sposobu komunikacji (poczta, email, telefon, portal HD).
2.	Całodobowy kontakt z koordynatorem Przyjmującego zamówienie.
3.	Opis i przegląd obrazów rejestrowanych w postaci cyfrowej odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia MZ z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Akceptujemy powyższe wymogi techniczno-użytkowe i oświadczamy, że posiadamy/będziemy posiadać na dzień podpisania umowy zaplecze informatyczne umożliwiające stworzenie wymaganego środowiska informatycznego dla prowadzenia procesów obróbki i opisywania danych obrazowych oraz kanału bezpiecznej wymiany danych w oparciu o wyżej opisaną technologię.

.....
Podpis osoby uprawnionej